

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт)

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе -Югра, Ямало-Ненецком автономном округе»

(ФБУ «Тюменский ЦСМ»)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЗНАНИИ ПРОВАЙДЕРА ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ –
№ К.01.015 от 08 августа 2011 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 2-ВРЗ

об участии лаборатории в межлабораторных сличительных испытаниях в 2016 году

Испытательная лаборатория

Общества с ограниченной ответственностью НИИ «Техэкспертиза»

Адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории: 625003, г.Тюмень, ул.Ленина, дом 2А, блок А1, офис 609

В 2016 году лаборатория приняла участие в межлабораторных сличительных испытаниях по определению массовой концентрации оксида углерода в воздухе рабочей зоны.

Качество результатов измерений признано удовлетворительным.



Руководитель провайдера

МП

01.10.2016 г

В.В.Вагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам участия лаборатории в МСИ 2016 г
по определению массовой концентрации оксида углерода в воздухе рабочей зоны, ОК-№2-2016/ ВРЗ
Наименование провайдера : ФБУ "Тюменский ЦСМ"

Измерительная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью НИИ "Техэкспертиза"

таблица 1

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.518870 Код - 2 МСИ

Наименование	Массовая концентрация, мг/м ³	
	Оксид углерода	
	МИ РЭ газоанализатор "Колион-1В"	ГОСТ 12.1.014-84 трубки индикаторные ГХ-Е
Расширенная абсолютная неопределенность, U(x)	10,2	12,7
Аттестованное значение ОК, С	50,8	50,8
Результат измерения, полученный в лаборатории, X	61	58,4
Стандартная суммарная неопределенность uc, соответствующая аттестованному значению в ОК	5,1	6,35
Z - индекс по каждому показателю	2,00	1,20
Оценка по Z - индексу	Удовл.	Удовл.

Руководитель провайдера

Координатор



В.В. Вагин

В.В.Вагин

Н.П. Елочкина

Н.П.Елочкина